

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN DA LIỄU

Số: 74 /BVDL-KD

Vv mời chào giá Thiết bị phẫu
thật Laser CO2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 05 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “mua Thiết bị phẫu thật Laser CO2” tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: số 195 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, Tp Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Lê Xuân Thành, Trưởng khoa Dược; Số điện thoại: 0982538079
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp (hoặc qua chuyển phát) tại địa chỉ: Khoa Dược Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa, số 195 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, Tp Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 26 tháng 5 năm 2025 đến trước 17 h ngày 29 tháng 5 năm 2025 (theo dấu bưu điện).
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Thiết bị Y tế cần mua sắm: (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
- Địa điểm cung cấp: Khoa Dược Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa, số 195 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, Tp Thanh Hóa.

Lưu ý: Các đơn vị báo giá theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Lưu KD; VT



DANH MỤC MẶT HÀNG

(Đính kèm Công văn số: 74 /BVDL-KD ngày 26 tháng 5 năm 2025)

TT	Đặc tính kỹ thuật và cấu hình thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 45W Nước SX: Việt Nam Năm SX: 2025 <u>Thông số kỹ thuật:</u> Loại Laser: Carbon dioxide Laser Bước sóng: 10.600 nm Chế độ hoạt động: Liên tục, xung đơn, xung lặp lại, super xung, upul xung Công suất lớn nhất: 45W Điều chỉnh công suất: Từ 0,5W đến 45W Đường kính chùm tia: 0.2-0.3 mm Độ dài xung phát: 1- 500 ms Truyền dẫn tia: Trục khuỷu 7 khớp Tiêu cự thấu kính: 100mm và 50mm Tia dẫn đường: laser màu đỏ Điều khiển phát laser: Bằng bàn đạp Hiển thị thông số: màn hình LCD Cơ chế làm mát: Nước tuần hoàn Cơ chế thổi khói: Bơm khí Di chuyển: Bằng 4 bánh xe Điện áp nguồn: 220±5%VAC/50Hz Công suất tiêu thụ: <1000 VA	01 cái		

Số
BỀ
D

TT	Đặc tính kỹ thuật và cấu hình thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	Trọng lượng: 35Kg Điều kiện làm việc: $T < 45^{\circ}\text{C}$, $H < 70\%$ <u>Cấu hình kỹ thuật:</u> Thân máy chính: 01 cái Bộ trục khuỷu 7 khớp: 01 cái Đầu điều trị: 02 cái Bàn đạp chân: 01 cái Dây nguồn: 01 cái HDSD tiếng việt: 01 quyển (tính toán)			
	Tổng cộng	01		

Ghi chú:

- Báo giá là giá trọn gói bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật; Chi phí cho vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí khác có liên quan đến vận chuyển; Chi phí nhân công và dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, chạy thử; Chi phí hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng; Chi phí bảo hành tại nơi sử dụng.
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau, đúng nguồn gốc xuất xứ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng của hãng sản xuất.
 - Thời gian bảo hành:
 - Thời gian giao hàng:
 - Phương thức thanh toán:
 - Hình thức thanh toán: